



N° 8876 /DIA

20 SEP 2023

A

MESSIEURS LES DIRECTEURS DES SOCIÉTÉS AYANT RETIRÉ LE DOSSIER DE L'APPEL À LA CONCURRENCE N°10/2023

Objet : Appel à la concurrence N° 10/2023.

Réf : Votre réclamation du 11/09/2023.

Par courriers en date du 11/09/2023 et dans le cadre de l'appel à la concurrence n°10/2023 relatif à l'achat des dispositifs médicaux spécifiques pour les besoins des hôpitaux relevant du Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI Marrakech, un concurrent conteste les caractéristiques algorithmes demandées pour les lots n° 163-164-165-166 et 167 qui orientent la concurrence vers un seul fabricant.

A ce sujet, j'ai l'honneur de vous informer que :

Pour « **Stimulateur asservi simple chambre IRM compatible (AAIR/VVIR, AAI/VVI)** » : cette caractéristique standard dans tous les pacemaker mono chambre et qui existe chez tous le fournisseur.

Pour « **une fonction qui permet aux patients porteurs d'un système IRM surescan, à savoir le dispositif et la sonde, de subir une procédure IRM en toute sécurité** » : il peut présenter un IRM surescan « ou équivalent » pour un mode offrant plus de sécurité pour les patients porteurs de pacemaker devant passer un IRM (1.5 tesla).

Pour « **le mode AAI-DDD** » : L'algorithme concerné est un algorithme qui permet de réduire la stimulation ventriculaire (minimal ventriculaire packing) ce qui prévient la cardiopathie rythmique chez les patients porteurs de pacemakers surtout implantés pour dysfonction sinusale ou un bloc auriculo-ventriculaire paroxystique. Cette caractéristique existe chez plusieurs fournisseurs sur le territoire marocain.

Pour « **la gaine orientable** » : la gaine orientable est demandée pour augmenter les chances de canulation des sinus coronaires même pour les malades avec une anatomie difficile.

Pour « **la surveillance de la surcharge pulmonaire** » : permet la surveillance des patients insuffisants cardiaques. Cette option est devenue incontournable dans la surveillance de ces patients pour prédire les décompensations cardiaques.

Pour « **le test automatique des 16 polarités de stimulation** » : existe dans les dernières générations des pacemakers triples chambres chez plusieurs fournisseurs.

Pour la sonde VD DF4 : disponible chez plusieurs fournisseurs.

Pour « **la conception du boîtier permettant la réduction de la pression cutanée** » : plusieurs fabricants tiennent compte de ce paramètre.

Enfin garantir une prise en charge optimale de nos patients nous pousse à demander les technologies avec les algorithmes les plus optimaux surtout si plusieurs fabricants sur le marché disposent de ces caractéristiques et on ne peut pas s'aligner avec les caractéristiques minimales sur le marché par respect à nos patients.

La version modifiée du Bordereau des prix détail estimatif est téléchargeable à partir du site internet du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI Marrakech www.chumarrakech.ma.

Je vous demande en outre, de bien vouloir confirmer, par retour, la réception de la présente correspondance en y apposant votre cachet et votre signature.



Secrétaire Général

Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI - Marrakech |

BP: 2360 Marrakech principal <http://www.chumarrakech.ma> E-mail : snchmed6@gmail.com

Tel : 0524 300 700/701/629 - Fax : 0524 30 71 35